



SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

Ref.: Pregão Eletrônico n° 029/2023
Processo Administrativo n° 066/2023

Prezados,

A RC Scientific Comércio de Instrumentos Analíticos EIRELI., inscrita no CNPJ n° 27.263.741/0001-11, situada à Rua Alexandre Dumas, n° 1268, sala 92, Chácara Santo Antônio, São Paulo – SP, CEP: 04717-003, e-mail rcscientific@outlook.com e telefone (11) 2375-3652 e WhatsApp (11) 91369-0282, vem, por meio desta, solicitar o seguinte esclarecimento:


1. Referente ao item 36 - KIT DE PADRÕES SECUNDÁRIOS ESTABILIZADOS DE CLORO, foi consultado com o fabricante do equipamento e do kit de padrões, e foi constatado que não existe um conjunto de padrões de cloro em cubetas para a faixa de 0,00 a 10,00 mg/L. Sendo assim, considerando que o fabricante do equipamento PoliControl não possui padrões de cloro na faixa de 0,0 a 10,0 mg/L, será aceito o kit de padrões na faixa de 0,0 a 5,0 mg/L?
2. Referente ao item 62 - REAGENTE ANALÍTICO PARA DETERMINAÇÃO DE FERRO EM ÁGUA, o edital indica reagente para análise de ferro no equipamento COLOR MULTI I da marca PoliControl pelo **método ferro espectral**. Porém, no equipamento em questão, a análise é realizada pelo **método ORTOFENANTROLINA**, conforme manual do fabricante. Por gentileza, solicitamos o esclarecimento de qual reagente deverá ser para realizar a análise.
3. Referente ao item 62 - REAGENTE ANALÍTICO PARA DETERMINAÇÃO DE FERRO EM ÁGUA, caso seja confirmado que o reagente a ser adquirido seja o ORTOFENANTROLINA, considerando que o prazo de validade do reagente da marca PoliControl, fabricante do equipamento em questão, é de 8 meses, solicitamos confirmação de que será aceito o reagente com validade de 8 meses a partir da fabricação.
4. Referente ao item 63 - REAGENTE ANALÍTICO PARA DETERMINAÇÃO DE MANGANÊS EM ÁGUA, foi constatado com o fabricante PoliControl que o prazo de validade do reagente da marca PoliControl, fabricante do equipamento em questão, é de 8 meses. Solicitamos confirmação de que será aceito o reagente com validade de 8 meses a partir da fabricação.



RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI EPP.
R. Alexandre Dumas, n. 1268 - Sala 92 Chácara Santo Antônio - São Paulo/SP
Telefone: (11) 2375-3652 Email: rcscientific@outlook.com
CNPJ: 27.263.741/0001-11 IE: 141.822.195.111

5. Referente ao item 65 – REAGENTE DPD LÍQUIDO PARA ANÁLISE DE CLORO RESIDUAL LIVRE EM AMOSTRAS DE ÁGUA, o reagente será utilizado em qual equipamento? Por gentileza, indicar a marca e modelo do equipamento.
6. Referente ao item 66 – REAGENTE DPD LÍQUIDO PARA ANÁLISE DE CLORO RESIDUAL LIVRE, foi constatado com o fabricante PoliControl, fabricante do equipamento em questão, que o conjunto de reagentes possui frascos conta-gotas SEM diferenciação por cor. Solicitamos confirmação de que será aceito o reagente com frascos SEM diferenciação de cor.
7. Referente ao item 67 – REAGENTE DPD, o reagente será utilizado em qual equipamento? Por gentileza, indicar a marca e modelo do equipamento.
8. Referente ao item 72 – REAGENTE SPADNS, o reagente será utilizado em qual equipamento? Por gentileza, indicar a marca e modelo do equipamento.
9. Tendo em vista que o material a ser fornecido possui insumos importados, que estão sujeitos a procedimentos alfandegários e trâmites burocráticos que podem impactar o prazo de entrega, considerando a atual situação mundial, solicitamos gentilmente a prorrogação do prazo de entrega para 30 (trinta) dias, podendo se antecipar. Ressaltamos que essa alteração no prazo de entrega é necessária para garantir a qualidade e a regularidade no fornecimento do material solicitado, bem como para assegurar a conformidade com as exigências legais relacionadas à importação dos insumos necessários à produção. Gostaríamos também de solicitar informações adicionais sobre a possibilidade de prorrogação do prazo de entrega, caso esta alteração não seja automaticamente aceita.

São Paulo, 24 de novembro de 2023.


Marília Ancelloni
Departamento de Licitações

27.263.741/0001-11
RC SCIENTIFIC COMÉRCIO DE
INSTRUMENTOS ANALÍTICOS EIRELI
Rua Alexandre Dumas, nº 1.268 sala 92
Chácara Sto Antônio - CEP: 04717-003
SÃO PAULO - SP



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023

AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATÓRIO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

ESCLARECIMENTO

SOLICITANTE: RC SCIENTIFIC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ANALÍTICOS EIRELI.

QUESTIONAMENTOS:

1. Referente ao item 36 - KIT DE PADRÕES SECUNDÁRIOS ESTABILIZADOS DE CLORO, foi consultado com o fabricante do equipamento e do kit de padrões, e foi constatado que não existe um conjunto de padrões de cloro em cubetas para a faixa de 0,00 a 10,00 mg/L. Sendo assim, considerando que o fabricante do equipamento PoliControl não possui padrões de cloro na faixa de 0,0 a 10,0 mg/L, será aceito o kit de padrões na faixa de 0,0 a 5,0 mg/L?

R. De acordo com o catálogo apresentado pelo fabricante, o equipamento AquaColor Cloro é oferecido com duas faixas de medição: 0,00 a 5,00 mg/L e 0,00 a 10 mg/L. Portanto o item deve ser oferecido conforme descrito no Termo de Referência.

<https://policontrol.com.br/product/aquacolor-cloro/>

2. Referente ao item 62 - REAGENTE ANALÍTICO PARA DETERMINAÇÃO DE FERRO EM ÁGUA, o edital indica reagente para análise de ferro no equipamento COLOR MULTI I da marca PoliControl pelo método ferro espectral. Porém, no equipamento em questão, a análise é realizada pelo método ORTOFENANTROLINA, conforme manual do fabricante. Por gentileza, solicitamos o esclarecimento de qual reagente deverá ser para realizar a análise.

O reagente utilizado será o para o método ferro espectral. O item deve ser oferecido conforme descrito no Termo de Referência.

3. Referente ao item 62 - REAGENTE ANALÍTICO PARA DETERMINAÇÃO DE FERRO EM ÁGUA, caso seja confirmado que o reagente a ser adquirido seja o ORTOFENANTROLINA, considerando que o prazo de validade do reagente da marca PoliControl, fabricante do equipamento em questão, é de 8 meses, solicitamos confirmação de que será aceito o reagente com validade de 8 meses a partir da fabricação.

De acordo com o representante comercial da marca PoliControl o reagente analítico para determinação de ferro em água para utilização no equipamento Color Multi I tem validade de 12 meses. Portanto o item deve ser oferecido conforme descrito no Termo de Referência.





4. Referente ao item 63 - REAGENTE ANALÍTICO PARA DETERMINAÇÃO DE MANGANÊS EM ÁGUA, foi constatado com o fabricante PoliControl que o prazo de validade do reagente da marca PoliControl, fabricante do equipamento em questão, é de 8 meses. Solicitamos confirmação de que será aceito o reagente com validade de 8 meses a partir da fabricação.

Conforme informação do representante comercial da marca PoliControl o reagente analítico para determinação de manganês em água para utilização no equipamento Color Multi I tem validade de 8 meses. Portanto será aceito o reagente com validade de 8 meses a partir da fabricação.

5. Referente ao item 65 – REAGENTE DPD LÍQUIDO PARA ANÁLISE DE CLORO RESIDUAL LIVRE EM AMOSTRAS DE ÁGUA, o reagente será utilizado em qual equipamento? Por gentileza, indicar a marca e modelo do equipamento.

Não é possível informar a marca e o modelo dos equipamentos pois trata-se de uma licitação compartilhada onde o item foi demandado por diferentes municípios. Sendo assim, o item deve ser oferecido conforme descrito no Termo de Referência.

6. Referente ao item 66 – REAGENTE DPD LÍQUIDO PARA ANÁLISE DE CLORO RESIDUAL LIVRE, foi constatado com o fabricante PoliControl, fabricante do equipamento em questão, que o conjunto de reagentes possui frascos conta-gotas SEM diferenciação por cor. Solicitamos confirmação de que será aceito o reagente com frascos SEM diferenciação de cor.

Será aceito o reagente com frascos SEM diferenciação de cor, desde que devidamente identificado nos rótulos.

7. Referente ao item 67 – REAGENTE DPD, o reagente será utilizado em qual equipamento? Por gentileza, indicar a marca e modelo do equipamento.

Não é possível informar a marca e o modelo dos equipamentos pois trata-se de uma licitação compartilhada onde o item foi demandado por diferentes municípios. Sendo assim, o item deve ser oferecido conforme descrito no Termo de Referência.

8. Referente ao item 72 – REAGENTE SPADNS, o reagente será utilizado em qual equipamento? Por gentileza, indicar a marca e modelo do equipamento.

Não é possível informar a marca e o modelo dos equipamentos pois trata-se de uma licitação compartilhada onde o item foi demandado por diferentes municípios. Sendo assim, o item deve ser oferecido conforme descrito no Termo de Referência.

9. Tendo em vista que o material a ser fornecido possui insumos importados, que estão sujeitos a procedimentos alfandegários e trâmites burocráticos que podem impactar o prazo de entrega, considerando a atual situação mundial, solicitamos gentilmente a prorrogação do prazo de entrega para 30 (trinta) dias, podendo se antecipar. Ressaltamos que essa alteração no prazo de entrega é necessária para garantir a qualidade e a regularidade no fornecimento do material



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA
ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
AUTARQUIA INTERMUNICIPAL
CNPJ: 10.331.797/0001-63
www.cisab.com.br

solicitado, bem como para assegurar a conformidade com as exigências legais relacionadas à importação dos insumos necessários à produção. Gostaríamos também de solicitar informações adicionais sobre a possibilidade de prorrogação do prazo de entrega, caso esta alteração não seja automaticamente aceita.

Considerando que o item “7.6. A entrega dos bens deverá ser realizada dentro do prazo estabelecido e será considerada como recusa formal a falta de entrega dos mesmos no prazo estabelecido, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovado pelo fornecedor e reconhecido pelo CISAB – ZM”. Que poderá comprovar a solicitação de ampliar o prazo de entrega. Por estes motivos continuaremos solicitando o prazo de 15 (quinze) dias para o fornecimento dos itens.

Izabela Galvão Fernandes
Membro da Comissão de Licitação

Vanessa Faria Silva
Membro da Comissão de Licitação

Patrícia da Silva Leandro
Membro da Comissão de Licitação





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8050-89B6-9AAC-385F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ IZABELA GALVÃO FERNANDES (CPF 105.XXX.XXX-06) em 29/11/2023 15:45:16 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VANESSA FARIA SILVA (CPF 099.XXX.XXX-63) em 29/11/2023 15:47:29 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ PATRÍCIA DA SILVA LEANDRO (CPF 055.XXX.XXX-74) em 29/11/2023 16:17:46 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cisab.1doc.com.br/verificacao/8050-89B6-9AAC-385F>